

Cẩm Khê ngày 05 tháng 12 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư, sinh phẩm y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê.
- Địa chỉ: Số 147 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
- Mã số thuế: 2600527095

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Lê Hùng Quang - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Số điện thoại: 0972990350

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, địa chỉ: Số 147 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
- Nhận qua email: Lehungquang91@gmail.com đồng thời gửi bản dấu đỏ về địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Số 147 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
- Kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Bộ dây truyền dịch Exa không kim	- Dây dẫn dài $\geq 1500\text{mm}$, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Bộ điều chỉnh tốc độ truyền ổn định, có thể cài đặt tốc độ truyền từ 5ml/h-250ml/h. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	30	Bộ
2	Dây hút dịch ECO	- Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài $\geq 500\text{ mm}$. - Không có nắp/Có nắp. - Số 16.	50	Bộ
3	Dây hút dịch ECO	- Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài $\geq 500\text{ mm}$. - Không có nắp/Có nắp. - Số 8.	120	Bộ
4	Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao ortho-Phthalaldehyde CIDEX OPA 3,78L	- Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALALDEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp.	15	can

		- Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Tric khuẩn lao (<i>Mycobacterium bovis</i>). - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy.		
5	Chi tơ phẫu thuật TPT	Chi tơ phẫu thuật	06	Cuộn
6	Dây truyền máu	Dây dài 1350 cm; 180cm, có bầu lọc màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 175-210µm. Tốc độ dòng chảy: 20 giọt/mL. Không chứa chất độc hại (nontoxic), không chứa chất gây sốt (non pyrogenic), khóa hãm bằng nhựa trong. Chất liệu dây: Vinyl Chloride, có kim truyền không cánh cỡ 18G, thành mỏng, phủ silicon, độc kim trong suốt tiệt trùng bằng khí EO	10	Bộ
7	Ống thông dạ dày MPV	- Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Cỡ số 16. Màu theo cỡ số để nhận biết.	60	Chiếc

		- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)		
8	Dầu parafin	Mục đích sử dụng: - Bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: Đặt nội khí quản, đặt sonde tiểu, đặt sonde dạ dày, phẫu thuật nội soi tiết niệu, thăm khám âm đạo, thăm khám trực tràng... -Quy cách: Chai 500ml	05	Chai
9	Điện cực dán dùng 1 lần	Điện cực dán người lớn Ø50mm dùng trong điện tim gắng sức, holter ECG Đơn vị tính: 1 cái, Gói/ 30 cái	60	cái
10	Gạc hút y tế khổ 0,8m	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép.	3.000	Mét
11	Glycerol 98% 500ml	Glycerol 98%	04	chai
12	Ống đặt nội khí quản có bóng 6.5	- Được làm từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt, mềm mịn; - Có sẵn loại không chứa DEHP; - Có bóng chèn; Có mắt Murphy;	10	cái

		- Đường mờ đục tia X dọc ống. Bóng chèn áp lực thấp thể tích cao - và bóng chèn áp lực thấp tiêu chuẩn (thích hợp cho đặt nội khí quản - hoạt động ngắn hạn) đều có sẵn. - Kích cỡ: 2,5mm - 10,0mm - Đóng gói: Túi blister riêng biệt (Có sẵn loại hình chữ nhật và hình bán nguyệt) - Số 6.5		
13	Ống đặt nội khí quản có bóng 7.0	- Được làm từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt, mềm mịn; - Có sẵn loại không chứa DEHP; - Có bóng chèn; Có mắt Murphy; - Đường mờ đục tia X dọc ống. Bóng chèn áp lực thấp thể tích cao - và bóng chèn áp lực thấp tiêu chuẩn (thích hợp cho đặt nội khí quản - hoạt động ngắn hạn) đều có sẵn. - Kích cỡ: 2,5mm - 10,0mm - Đóng gói: Túi blister riêng biệt (Có sẵn loại hình chữ nhật và hình bán nguyệt) - Số 7.0	100	cái

14	Ống đặt nội khí quản có bóng 8.0	- Được làm từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt, mềm mịn; - Có sẵn loại không chứa DEHP; - Có bóng chèn; Có mắt Murphy; - Đường mờ đục tia X dọc ống. Bóng chèn áp lực thấp thể tích cao và bóng chèn áp lực thấp tiêu chuẩn (thích hợp cho đặt nội khí quản hoạt động ngắn hạn) đều có sẵn. - Kích cỡ: 2,5mm - 10,0mm - Đóng gói: Túi blister riêng biệt (Có sẵn loại hình chữ nhật và hình bán nguyệt) - Số 8.0	50	cái
15	Tinh dầu sả chai 500ml	Dầu sả có màu vàng chanh, có mùi thơm, đạt nồng độ theo kiểm nghiệm	12	chai
16	Sonde Foley 2 nhánh	- Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên, Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO - Quy cách: 10 cái/ hộp - Số 12,14,16	100	Cái

17	Urgoderm 10cm x 10m	Băng dính co giãn 10cm x 10m	01	Cuộn
18	Mask Khí Dung	Chất liệu: PVC y tế, có kẹp mũi. - Chai phun sương 8 ml, ống dẫn khí không bị xoắn dài 2 m, không chứa chất DEHP Size: S	20	cái
19	Mask oxy có túi	Bộ mask oxy trẻ em có túi Size: S	30	cái
20	Chạc ba dây truyền dịch	Chạc ba tiêm (Khóa ba ngã) không dây nối	100	cái
21	Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV (Onsite HAV IgM Rapid Test)	- Vùng cộng hợp: kháng thể chuột kháng IgG người; - Vạch kết quả: kháng nguyên HAV tái tổ hợp; - Vạch chứng: kháng thể dê kháng IgG chuột. - 30 Test/Hộp	60	test
22	Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV (Onsite HEV IgM Rapid Test)	- Vùng cộng hợp: kháng nguyên HEV tái tổ hợp & IgG thỏ; - Vạch kết quả: kháng thể chuột kháng IgM người; - Vạch chứng: kháng thể dê kháng IgG thỏ. - 30 Test/Hộp	30	test
23	Lam kính mài	Nguyên vật liệu: Kính trung tính đạt chuẩn Độ dày: 1.0-1.2 mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1" x 3") ±1mm. Mài mờ 1 đầu. Bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. -Quy cách: Hộp 72 miếng, thùng 50 hộp.	10	Hộp

24	Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV	- Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm Hbaltc...) - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu xanh dương. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp.	18.000	Ống
25	Lamen 22*40mm	Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x40mm	1.000	cái
26	Ống mở khí quản hai nòng có bóng (mã 8FEN)	Ống mở khí quản hai nòng có bóng có cửa sổ. Số 8 (OD = 12.2mm, ID = 7.6mm, độ dài ống 81mm, đường kính bóng 27mm). Tiêu chuẩn: FDA, ISO, EC.	06	cái
27	Giấy Monitor M1911A 151x100-150P	Làm từ bột giấy, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt, in rõ nét	10	Tập

28	Giấy monitor sản khoa TOITU 003-023 (152mm x150mm x 200 tờ)	152mm x 150mm x 200 tờ	10	Tập
29	Giấy monitor sản khoa Bionet FC 1400 (152mm x 30m)	Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 1400 (sọc xanh) 152mm x 30m	10	Cuộn
30	Giấy monitor sản khoa Analogic USA Bistos BT-350 (152x 90x150)	Giấy monitor sản khoa Analogic USA-3, Bistos BT-350 (sọc đỏ) 152mm x 90mm x 150sh	10	Tập
31	Bộ dây truyền dịch Eco kim 23G	- Dây dẫn dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng. - Bộ phận đầu nối có bầu cao su tiếp thuốc hoặc chạc chữ Y. - Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, sắc, nhọn. - Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Kim các cỡ. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	6.000	Bộ
32	Mỏ vịt MPV cỡ M	- Được sản xuất từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn.	1.000	Chiếc

		Gồm hai phần được nối với nhau bởi các khớp và có khóa, dễ dàng điều chỉnh độ mở, giúp cho tầm quan sát rộng. - Độ cứng cao, trơn, nhẵn không gây tổn thương niêm mạc. - Vô trùng, dùng 1 lần, giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)		
33	Máy đo huyết áp cơ hiệu ALPK2	- Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, có độ thẩm mỹ cao. - Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính xác cao	04	Chiếc
34	Giấy in điện tim 6 cần tập Nihon không dòng kẻ	-Kích thước 110mm * 140mm * 143 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Kodan, Fukuda -Dạng tập. Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng	70	Tập

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế và giao hàng tại khoa Dược-TTB-VTTYT Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong tháng 12 năm 2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành công việc thì thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HSMS, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Mạnh