

Cẩm Khê ngày 31 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư, sinh phẩm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê.
- Địa chỉ: Số 147 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
- Mã số thuế: 2600527095

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Lê Hùng Quang - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Số điện thoại: 0972990350

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, địa chỉ: Số 147 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
- Nhận qua email: Lehungquang91@gmail.com đồng thời gửi bản dấu đỏ về địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Số 147 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
- Kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 01 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 10 tháng 11 năm 2023.


Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Bơm tiêm 100ml dùng cho máy bơm tiêm thuốc cân quang	- Dung tích ống tiêm: 100ml - Ống tiêm: Nhựa PET tự nhiên - Pittong: Nhựa Polypropylene trắng - Vỏ bảo vệ pittong: Cao su tổng hợp đen - Nắp chống bụi: Nhựa Polypropylene trắng - Màng đáy : Tyvek trắng - Khay đựng cứng : Nhựa Polypropylene tự nhiên - Khử trùng : ETO - Áp suất giới hạn : 2.1Mpa (300psi)	10	Chiếc
2	Dây truyền thẳng dùng cho máy bơm tiêm cân quang Nemoto	- Dây truyền kích thước: 1500 mm - Chất liệu PVC trong suốt, PC, HDPE. - Áp suất 330psi - Khử trùng bằng EO - Áp suất giới hạn : 330psi - Hàng chính hãng đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC, FDA	20	Chiếc



3	MELAB Urea Agar Base	Ống nhựa 1,5ml có nắp nhân kín chứa 0,3ml môi trường thạch dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy. Thành phần: Urea, Phenol red, Agar, pH 6.8 $\pm$ 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 50 ống	800	test
---	----------------------	--	-----	------

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế và giao hàng tại khoa Dược-TTB-VTTYT Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong tháng 11 năm 2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành công việc thì thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HSMS, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Mạnh